

Центральная заводская лаборатория
ООО «СИБУР Тольятти»
Лаборатория контроля сырья и готовой продукции
Новозаводская ул., 8, Тольятти,
Самарской области, РФ, 445050, а/я № 26
Тел. (8482) 36-91-05
E-mail: Artemenkoea@tlt.sibur.ru.

Протокол испытания № 1 от 14.02.19г.

Объект испытаний: Этил хлористый технический

НД на объект испытаний: ГОСТ 2769-72

Регистрационный номер пробы: 320

Дата получения объектов: 24.01.19г.

Дата проведения испытаний: 01.02.19г.

Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	Требования НД (высший сорт)	Результат измерения
Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость	Бесцветная прозрачная жидкость
Массовая доля хлористого этила, %, не менее	99,3	99,9
Массовая доля хлористого винила, %, не более	0,001	0,0005
Массовая доля нелетучего остатка, % не более	0,001	0,002
Массовая доля воды, %, не более	0,003	-
Массовая доля кислот в пересчете на соляную кислоту (HCl), %, не более	0,0005	Отсутствие
Проба на содержание непредельных соединений	Выдерживает	Не выдерживает
Проба на содержание ацетилена и его производных	Выдерживает	Выдерживает

Примечание: Из доставленных пяти пробоотборников три были пустые, а остальные неполные. Объемы пробы не хватило для определения массовой доли воды.

Начальника ЦЗЛ

Е.А. Артеменко

Инженер-химик

Н.А. Кондратьева

